

Miernik momentu obrotowego ST-TMS50



SKU	ST-TMS50
Producent	Sumake
zakres pomiaru [Nm]	0.049 - 5
dokladnosc	+/-0,5%
prad wejsciowy	AC 90-240V
ladowarka wyjscie	7,2V DC 120mA
zasilanie	akumulator (5 * 1,2V)