

Miernik momentu obrotowego ST-TMS50



SKU	ST-TMS50
Producent	Sumake
zakres pomiaru [Nm]	0,049 - 5
dokladnosc	±0,5%
prad wejscowy	CA 90-240V
ladowarka wyjscie	7.2V Gleichspannung 120mA
zasilanie	Piles (5*1.2V)